

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:	IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"
1.2.	Obiectul achiziției:	Dispozitive medicale pentru secția reabilitare medicală și medicină fizică pentru anul 2018
1.3.	Numărul procedurii:	18/03966
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	Cerere a ofertelor de prețuri
1.5.	Codul CPV:	33155000-1
1.6.	Numărul și data Buletinului Achizițiilor Publice:	72 din 14.09.2018
1.7.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:	CNAM
1.8.	Administratorul alocațiilor bugetare:	IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"
1.9.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:	Nu se utilizează
1.10.	Denumirea cumpărătorului:	IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"
1.11.	Destinatarul:	IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"
1.12.	Limba de comunicare:	De stat
1.13.	Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este:	Adresa: MD 2025 mun.Chișinău, str.Testemițanu 29; www.scr.md Tel: 0 22 40 36 97 Fax: 0 22 40 36 97 E-mail: achizitiipublicescr@gmail.com Persoana de contact: VASILIEV ANA
1.14.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	

2. Listă Bunuri și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Dispozitiv pentru magnetoterapie			
1.1	33155000-1	Dispozitiv pentru magnetoterapie	Bucată	3.00	Număr canale independente: min 2 Frecvența de lucru: 10-100 impulsuri/s Intensitatea câmpului magnetic: 1,5-5 mT Precizie: frecvența: +/- 10%, intensitate: +/- 5% Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru 6 ore, proceduri 15-40 min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Solenoizi: 4 seturi (spate, cap, membre) Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
2		Dispozitiv de terapie cu ultrasunet			

2.1	33155000-1	Dispozitiv de terapie cu ultrasunet	Bucată	2.00	Frecvență: 0.8 – 3 MHz, minim 2 frecvențe de lucru Intensitate unde emise: 0-1 W/cm ² Regimuri de lucru: continuu, impulsuri Durata impulsuri: 2-10 ms Precizie:
3		Dispozitiv pentru galvanizare			
3.1	33155000-1	Dispozitiv pentru galvanizare	Bucată	10.00	Tip curent: Continuu Intensitate: 0-50 mA, pas de incrementare 1 mA Precizie:
4		Dispozitiv pentru diadinamoterapie			
4.1	33155000-1	Dispozitiv pentru diadinamoterapie	Bucată	3.00	Frecvență: 50, 100 Hz, Intensitate: 0-50 mA, pas de incrementare 1 mA Tipuri de curenți: MF, DF, CP, LP, RS, MM Precizie: $F \leq 5\%$, $I \leq 5\%$ Timer: 1 – 30 min, discreție 1 min Indicator timp rămas - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru neîntrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Electrozi reutilizabili: 3 bucăți Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥ 24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
5		Dispozitiv pentru darsonvalizare			
5.1	33155000-1	Dispozitiv pentru darsonvalizare	Bucată	2.00	Dispozitiv pentru darsonvalizare: Frecvență: 110 KHZ +/- 10 % Frecvență modulară: 50, 100 Hz, I _{max} – 5 mA Timer: 1 – 30 min, pas de incrementare 1 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (regim de lucru neîntrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 10-40 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Rezonator: 2 buc Electrozi: ciupercă - 2 buc, pieptene – 2 buc, rectal – 2 buc, vaginal - 2 buc, ureche, gingii Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥ 24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
6		Dispozitiv pentru terapie cu unde decimetrice			

6.1	33155000-1	Dispozitiv pentru terapie cu unde decimetrice	Bucată	1.00	Frecvență câmp electromagnetic generat: 460 MHz +/- 10 % Putere câmp EM generat: 0-25 W, pas de incrementare – 1 W Precizie: frecvență: ≤10%, intensitate: ≤ 5% Timer: 1 – 30 min, pas de incrementare 1 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru neîntrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Cablu frecvență înaltă: 2 buc Emițători: vaginal, rectal, cilindric Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
7		Dispozitiv pentru somn electrogen			
7.1	33155000-1	Dispozitiv pentru somn electrogen	Bucată	1.00	Număr canale: minim 2 Durata impulsuri: 0,5 - 3 ms Frecvență impulsuri: 10 – 160 HZ Frecvență de umplere: 2 – 20 KHZ Timer: 1 – 90 min, pas de incrementare 1 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru nântrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Măști pentru somn electrogen: pediatrică 3 buc, maturi 3 buc. Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
8		Dispozitiv magneto-laser			

8.1	33155000-1	Dispozitiv magneto-laser	Bucată	1.00	Putere laser: 1-10 mW Tip laser: roșu, infraroșu Frecvența de repetiție a impulsurilor laser: infraroșu: 5- 250 Hz, roșu: 2 Hz Inducția magnetică: 20-50 mT Timer: 1 – 10 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru neîntrerupt 6 ore, proceduri 1-10) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Emițător, Ochelari de protecție Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
9		Inhalator			
9.1	33155000-1	Inhalator	Bucată	6.00	Tip: cu compresor Mărime medie particule: 3-4 um Cantitate particule <5 um: >75 % Viteză pulverizare: 0.2-0.5 ml/min Volum medicament: > 6 ml Nivel zgomot: <60 dB Timer: 5-15 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (regim de lucru 7 ore/zi, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
10		Dispozitiv CE ultraînaltă			
10.1	33155000-1	Dispozitiv CE ultraînaltă	Bucată	2.00	Frecvență: 27.16 MHz Putere ieșire: 10-60 W Timer: 1- 20 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (regim de lucru neîntrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Electrozi detașabili: 3 perechi Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
11		Dispozitiv pentru aeroterapie (lampa Cijevschii)			

11.1	33155000-1	Dispozitiv pentru aeroterapie (lampa Cijevschii)	Bucată	1.00	Cantitate aeroioni la 1 m de ionizator: 150000 - 200000 ion/cm ³ Volum aer ionizat: 50 m ³ Tensiunea pe electrodul ionizant: 15-20 KV Putere: < 10 W Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
------	------------	--	--------	------	--

3. Criterii și cerințe de calificare

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
3.1	Formularul ofertei (F3.1)	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Ofertantului;	DA
3.2	Garanția pentru ofertă (F3.2)	Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante	DA
3.3	Formular informativ despre ofertant (F3.3)	original – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului	DA
3.4	Oferta tehnică (F4.1)	Specificații tehnice (F4.1) Original – conform Formularului electronic plasat pe site (www.scr.md/Achiziții publice/Licitații) confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.1 în format electronic pe suport CD (în format excel) împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F 4.1 pe suport hârtie obligatoriu va fi identică cu informația prezentată în format electronic.	DA
3.5	Oferta financiară (F4.2)	Specificații de preț (F4.2) original – conform Formularului electronic plasat pe site (www.scr.md/Achiziții publice/Licitații) confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.2 în format electronic pe suport CD (în format excel) împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F 4.2 pe suport hârtie obligatoriu va fi identică cu informația prezentată în format electronic.	DA
3.6	Certificat/decizie de înregistrare/extras din registrul de stat	copie emis de Agenția Servicii Publice confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	DA
3.7	Licența de activitate (se prezintă în cazul în care activitatea dată se licențiază)	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului	DA
3.8	Certificat de atribuire a contului bancar	Original sau copie – eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	DA
3.9	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	DA
3.10	Declarație privind situația personală a operatorului economic (F3.5)	Declarație privind situația personală a operatorului economic (F3.5)-original – potrivit Formularului (F3.5), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	DA
3.11	Declarație pe proprie răspundere privind garanția produselor oferite	Ofertanții vor garanta un termen de garanție a utilajului de minim 24 luni din momentul instalării și minim 12 luni pentru accesorii. Original – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului	DA
3.12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmat prin semnătura și ștampila Ofertantului	DA

3.13	Declarație de la Ofertant cu privire la garantarea perioadei de reacție	Nu mai puțin de 6 ore la telefon, 24 ore la solicitare în scris, la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmat prin semnătura și ștampila Ofertantului.	DA
3.14	Declarație de la Ofertant	Declarație care certifică că toate echipamentele sunt neutilizate, anul producerii – 2018 și corespund cu Specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat	DA
3.15	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare (IEC 60601) vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie (vor fi prezentate în limba engleză sau rusă) copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	DA

4. Pregătirea ofertelor

4.1	Oferte alternative:	Nu vor fi
4.2	Garanția pentru ofertă:	Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
4.3	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
4.4	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013
4.5	Termenul de livrare/prestare/executare:	Maxim 30 zile din data comenzii.
4.7	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Prin transfer, în decurs de 30 zile după livrarea și instalarea utilajului.
4.8	Perioada valabilității ofertei va fi de:	60 zile
4.9	Ofertele în valută străină:	Nu se acceptă

5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1	Plicurile vor conține următoarea informație suplimentară:	Cerere a ofertelor de prețuri nr. 18/03966 Pentru achiziționarea de: Dispozitive medicale pentru secția reabilitare medicală și medicină fizică pentru anul 2018 Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" Adresa autorității contractante: MD 2025 mun.Chișinău, str.Testemițanu 29, IMSP SCR, bl. admin., et. 2, anticamera A nu se deschide înainte de: 18.09.2018 14:00
5.2	Pentru depunerea ofertelor, adresa autorității contractante/organizatorului procedurii este:	Adresa: MD 2025 mun.Chișinău, str.Testemițanu 29; www.scr.md Tel: 0 22 40 36 97 Fax: 0 22 40 36 97 E-mail: achizitiipublicescr@gmail.com Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: 18.09.2018 14:00
5.3	Deschiderea ofertelor va avea loc la următoarea adresă:	Adresa: MD 2025 mun.Chișinău, str.Testemițanu 29IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Sala de ședințe Tel: 0 22 40 36 97 Data, Ora: 18.09.2018 14:00

6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	Leu MD
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	BNM
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	18.09.2018
6.2	Modalitatea de efectuare a evaluării:	Cel mai mic pret fara TVA cu corespunderea cerintelor solicitate, pe fiecare poziție.

6.3	Factorii de evaluarea vor fi următorii:	Nu sunt
-----	---	---------

7. Adjudecarea contractului

7.1	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Cel mai mic preț
7.2	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5.00%
7.3	Garanția de bună execuție a contractului:	Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secțiunea a 5-a – Formulare de contract
7.5	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă:	5 zile

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

BALICA ION

