

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip **CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI**
nr. 18/03966 din 14.09.2018

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției: Dispozitive medicale pentru secția reabilitare medicală și medicină fizică pentru anul 2018
Cod CPV: 33155000-1

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedură de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 72 din 14.09.2018.

În scopul achiziționării "**Dispozitive medicale pentru secția reabilitare medicală și medicină fizică pentru anul 2018**" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2018** este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **CNAM**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Dispozitiv pentru magnetoterapie			
1.1	33155000-1	Dispozitiv pentru magnetoterapie	Bucată	3.00	Număr canale independente: min 2 Frecvența de lucru: 10-100 impulsuri/s Intensitatea câmpului magnetic: 1,5-5 mT Precizie: frecvența: +/- 10%, intensitate: +/- 5% Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru 6 ore, proceduri 15-40 min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Solenoidi: 4 seturi (spate, cap, membre) Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
2		Dispozitiv de terapie cu ultrasunet			
2.1	33155000-1	Dispozitiv de terapie cu ultrasunet	Bucată	2.00	Frecvență: 0.8 – 3 MHz, minim 2 frecvențe de lucru Intensitate unde emise: 0-1 W/cm2 Regimuri de lucru: continuu, impulsuri Durata impulsuri: 2-10 ms Precizie: <= 10% Timer: 1 – 30 min, discreție 1 min Indicator timp rămas - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
2.1	33155000-1	Dispozitiv de terapie cu ultrasunet	Bucată	2.00	HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru neîntrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Emițătoare: 4 bucăți, inclusiv rectal Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
3		Dispozitiv pentru galvanizare			
3.1	33155000-1	Dispozitiv pentru galvanizare	Bucată	10.00	Tip curent: Continuu Intensitate: 0-50 mA, pas de incrementare 1 mA Precizie: ≤/ = 10% Sarcina: 0-1500 Ohm Timer: 1 – 60 min, discreție 1 min Indicator prezintă curent pe electrozi - da Indicator timp rămas - da Setare automată a curentului la 0 la conectare, finisare procedură, întrerupere circuit – da Protecție creștere curent peste valoarea setată - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru neîntrerupt 6 ore, proceduri 15-40 min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Electrozi: 2 seturi Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
4		Dispozitiv pentru diadinamoterapie			
4.1	33155000-1	Dispozitiv pentru diadinamoterapie	Bucată	3.00	Frecvență: 50, 100 Hz, Intensitate: 0-50 mA, pas de incrementare 1 mA

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
4.1	33155000-1	Dispozitiv pentru diadinamoterapie	Bucată	3.00	Tipuri de curenți: MF, DF, CP, LP, RS, MM Precizie: $F \leq 5\%$, $I \leq 5\%$ Timer: 1 – 30 min, discreție 1 min Indicator timp rămas - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru neîntrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Electrozi reutilizabili: 3 bucăți Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥ 24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
5		Dispozitiv pentru darsonvalizare			
5.1	33155000-1	Dispozitiv pentru darsonvalizare	Bucată	2.00	Dispozitiv pentru darsonvalizare: Frecvență: 110 KHZ +/- 10 % Frecvență modulară: 50, 100 Hz, I_{max} – 5 mA Timer: 1 – 30 min, pas de încrementare 1 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (regim de lucru neîntrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 10-40 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Rezonator: 2 buc Electrozi: ciupercă - 2 buc, pieptene – 2 buc, rectal – 2 buc, vaginal - 2 buc, ureche, gingii Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥ 24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
6		Dispozitiv pentru terapie cu unde decimetrice			
6.1	33155000-1	Dispozitiv pentru terapie cu unde decimetrice	Bucată	1.00	Frecvență câmp electromagnetic generat: 460 MHz +/- 10 % Putere câmp EM generat: 0-25 W, pas de incrementare – 1 W Precizie: frecvența: ≤10%, intensitate: ≤ 5% Timer: 1 – 30 min, pas de incrementare 1 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru neîntrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Cablu frecvență înaltă: 2 buc Emitători: vaginal, rectal, cilindric Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
7		Dispozitiv pentru somn electrogen			
7.1	33155000-1	Dispozitiv pentru somn electrogen	Bucată	1.00	Număr canale: minim 2 Durata impulsuri: 0,5 - 3 ms Frecvența impulsuri: 10 – 160 HZ Frecvența de umplere: 2 – 20 KHZ Timer: 1 – 90 min, pas de incrementare 1 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru nântrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Măști pentru somn electrogen: pediatrice 3 buc, maturi 3 buc. Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
7.1	33155000-1	Dispozitiv pentru somn electrogen	Bucată	1.00	Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
8		Dispozitiv magneto-laser			
8.1	33155000-1	Dispozitiv magneto-laser	Bucată	1.00	Putere laser: 1-10 mW Tip laser: roșu, infraroșu Frecvența de repetiție a impulsurilor laser: infraroșu: 5- 250 Hz, roșu: 2 Hz Inducția magnetică: 20-50 mT Timer: 1 – 10 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (timp de lucru neîntrerupt 6 ore, proceduri 1-10) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Emitător, Ochelari de protecție Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
9		Inhalator			
9.1	33155000-1	Inhalator	Bucată	6.00	Tip: cu compresor Mărime medie particule: 3-4 um Cantitate particule <5 um: >75 % Viteză pulverizare: 0,2-0,5 ml/min Volum medicament: > 6 ml Nivel zgomot: <60 dB Timer: 5-15 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (regim de lucru 7 ore/zi, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
9.1	33155000-1	Inhalator	Bucată	6.00	Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
10		Dizpozitiv CE ultraînaltă			
10.1	33155000-1	Dizpozitiv CE ultraînaltă	Bucată	2.00	Frecvență: 27.16 MHz Putere ieșire: 10-60 W Timer: 1- 20 min Indicator timp rămas – da Semnal sonor la finisarea procedurii - da Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Termen mediu de viață: min 5 ani (regim de lucru neîntrerupt 6 ore, proceduri 5-15min) Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Accesorii în set: Electrozi detașabili: 3 perechi Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2 ani începând cu data de instalare.
11		Dispozitiv pentru aeroterapie (lampa Cijevschii)			
11.1	33155000-1	Dispozitiv pentru aeroterapie (lampa Cijevschii)	Bucată	1.00	Cantitate aeroioni la 1 m de ionizator: 150000 - 200000 ion/cm ³ Volum aer ionizat: 50 m cubi Tensiunea pe electrodul ionizant: 15-20 KV Putere: < 10 W Tensiunea alimentare: 220 V 50/60 HZ Temperatura mediului ambiant la exploatare: 15-35 C Anul de producere: 2018 Instalare de către participantul câștigător Manual de utilizare în limba de stat Termen de garanție: ≥24 luni Certificare: Pentru dispozitivul oferit: IEC 60601 Instalare dispozitiv și instruire personal de către participantul câștigător în termen de 10 zile de la data de instalare și la solicitare. Întreținere și reparații de garanție de către participantul câștigător 2

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
11.1	33155000-1	Dispozitiv pentru aeroterapie (lampa Cijevschii)	Bucată	1.00	ani începând cu data de instalare.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

Maxim 30 zile din data comenzii.

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Formularul ofertei (F3.1)	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Ofertantului;	Da
2	Garanția pentru ofertă (F3.2)	Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante	Da
3	Formular informativ despre ofertant (F3.3)	original – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului	Da
4	Oferta tehnică (F4.1)	Specificații tehnice (F4.1) Original – conform Formularului electronic plasat pe site (www.scr.md/Achiziții publice/Licitații) confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.1 în format electronic pe suport CD (în format excel) împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F 4.1 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu informația prezentată în format electronic.	Da
5	Oferta financiară (F4.2)	Specificații de preț (F4.2) original – conform Formularului electronic plasat pe site (www.scr.md/Achiziții publice/Licitații) confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.2 în format electronic pe suport CD (în format excel) împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F 4.2 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu informația prezentată în format electronic.	Da
6	Certificat/decizie de înregistrare/extras din registrul de stat	copie emis de Agenția Servicii Publice confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
7	Licența de activitate (se prezintă în cazul în care activitatea dată se licențiază)	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului	Da
8	Certificat de atribuire a contului bancar	Original sau copie – eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
9	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
10	Declarație privind situația personală a operatorului economic (F3.5)	Declarație privind situația personală a operatorului economic (F3.5)-original – potrivit Formularului (F3.5), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Da
11	Declarație pe proprie răspundere privind garanția produselor oferite	Ofertanții vor garanta un termen de garanție a utilajului de minim 24 luni din momentul instalării și minim 12 luni pentru accesorii. Original – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului	Da
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmat prin semnătura și ștampila Ofertantului	Da
13	Declarație de la Ofertant cu privire la garantarea perioadei de reacție	Nu mai puțin de 6 ore la telefon, 24 ore la solicitare în scris, la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmat prin semnătura și ștampila Ofertantului.	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
14	Declarație de la Ofertant	Declarație care certifică că toate echipamentele sunt neutilizate, anul producerii – 2018 și corespund cu Specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat	Da
15	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare (IEC 60601) vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie (vor fi prezentate în limba engleză sau rusă) copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"**

Adresa: **MD 2025 mun.Chișinău, str.Testemițanu 29; www.scr.md**

Tel.: **0 22 40 36 97** , Fax: **0 22 40 36 97** , E-mail: **achizitiipublicescr@gmail.com**

Numele și funcția persoanei responsabile: **VASILIEV ANA, Șef Serviciul Achiziții Publice**

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pină la: **18.09.2018 14:00**

pe adresa: **MD 2025 mun.Chișinău, str.Testemițanu 29, IMSP SCR, bl. admin., et. 2, anticamera**

NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoare din data desfășurării procedurii.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **18.09.2018 14:00**

pe adresa: **MD 2025 mun.Chișinău, str.Testemițanu 29 IMSP SCR, bl. admin., et. 2, Sala de ședințe**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

BALICA ION

