



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
Instituția Medico-Sanitară Publică
SPITALUL CLINIC REPUBLICAN „Timofei Moșneaga”

MD2025, Chișinău, str. N. Testemițanu, 29. Tel.: +373 22 72-85-85; 40-36-00; 40-34-85. Fax: +373 22 72-90-33, e-mail: scr@ms.md, www.scr.md

nr. 06/1594 din 22.07.2026

Participanților la LD
nr. ocds-b3wdp1-MD-1775460782302
achizitii.md ID (21593923)

Scrisoare de înștiințare a rezultatelor

Cu referire la procedura de licitație deschisă de achiziționare a Autoclav cu tocător integrat în cadrul proiectului Interreg Next RO-MD (ROMD00318)

Prin prezenta, grupul de lucru din cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga” aduce la cunoștința dvs că în temeiul Deciziei grupului de lucru din 22.07.2026, s-a decis următoarele:

1. Atribuirea contractului de achiziție publică ofertei:

Denumirea operatorului economic	Termen de execuție	Suma totală fără tva
ERICON SRL	În termen de maxim 9 luni (inclusiv instalare și conectarea la rețelele spitalului) de la data semnării contractului	442.000,00 euro Conform HG nr. 513/2025, Proiectul este scutit de TVA, respectiv contractul va fi încheiat la suma fără tva. Oferta Ericon SRL, se încadrează în cerințele minime solicitate respectiv, se purcede la calculul punctajului conform Criteriu de evaluare: cel mai bun raport calitate-preț 1) 60 p preț *Formula: Puncte = Preț cel mai mic/preț ofertă x 60 209.163,34 euro / 442.000,00 euro x 60 = 28,39 p 2) 10 p termen de garanție: minim 24 luni, maxim punctat 36 luni, ofertele ≥36 luni primesc punctaj maxim Formula: Punctaj = (Garanție ofertată – 24) / (36 – 24) × 10 (36luni -24 luni)/(36luni -24 luni)x10 = 10p 3) 10 p timp de reacție la fața locului Formula: Punctaj = (48 – timp ofertat) / (48 – 4) × 10 (48ore -4 ore) / (48 ore-4 ore)x10 = 10p 4.1 Capacitate de procesare per ciclu Formula: Punctaj = (Capacitate ofertată / Capacitate maximă ofertată în LD) × 4 (97 litri / 97 litri) x4 = 4 p 4.2 Durata ciclului complet Formula: Punctaj = (Durata minimă ofertată / Durata ofertată) × 4

		(30 min /60 min)x4 = 2p 4.3 Reducere volum deșeuri <i>Formula: Punctaj = (Reducere ofertată / Reducere maximă ofertată) × 4</i> (97% / 97%) x 4 = 4p 4.4 Nivel de zgomot <i>Formula: Punctaj = (Zgomot minim ofertat / Zgomot ofertat) × 4</i> (65 B / 65 dB) x 4 = 4p 4.5 Eficiența sterilizării Pentru deșeuri solide cu inactivarea prionilor <i>Formula:</i> > SAL 10⁻⁶ până la 10⁻²⁴ (inclusiv) 1 pct. > SAL 10⁻²⁴ până la 10⁻⁴⁸ (inclusiv) 2 pct. > SAL 10⁻⁴⁸ - 4 pct Oferit = SAL 10⁻⁵² – 4p Total punctaj acumulat = 28,39 +10 + 10 + 4 +2 +4 +4 +4 = 66,39
--	--	--

2. Au fost descalificate/respinse următoarele oferte:

În temeiul pct. 17 și pct.24 din Anexa nr. II (procurement rules) aferentă Acordului de finanțare încheiat între Comisia Europeană, România și Republica Moldova, potrivit căroră:

„1. *Contractele se vor atribui pe baza criteriilor de atribuire, cu condiția ca autoritatea contractantă să fi verificat următoarele: a) oferta respectă cerințele minime specificate în documentele de achiziție;*

b) candidatul sau ofertantul nu este exclus sau respins;

c) candidatul sau ofertantul îndeplinește criteriile de selecție specificate în documentele de achiziție și nu se află în situații de conflict de interese care ar putea afecta negativ executarea contractului..”

Becor SRL

	Cerință/parametru solicitat	Parametru ofertat Becor SRL
Cerință minimă eliminatorie	Capacitate de funcționare: continuu 24/7	asigură funcționalitatea aproximativ 16 ore/zi \\Becor SRL\promed p300 catalog.signed.pdf pagina 1, pagina de titlu
Cerință minimă eliminatorie	Eficiența sterilizării: • Pentru deșeuri solide: (SAL) ≥ 10 ⁻¹⁸	oferit 8 Log 10 (echivalent 10 ⁻⁸) Cerința minimă solicită un nivel SAL ≥10 ⁻¹⁸ , în timp ce documentele prezentate indică o reducere microbiologică de numai 8 log10 (10 ⁻⁸), inferioară nivelului solicitat. Prin urmare cerința minimă nu este îndeplinită. Becor SRL\promed p300 catalog.signed.pdf pagina 4/16

		Argumentare: Diferența dintre SAL 10^{-18} și SAL 10^{-8} reprezintă un ordin de mărime de 10 ordine logaritmice, respectiv nivelul de asigurare a sterilității oferit este semnificativ inferior celui impus prin documentația de atribuire și nu poate fi considerat echivalent
Cerință minimă eliminatorie	Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: ≥ 600 L	Maxim per ciclu 450 L <i>Becor SRL\promed p300 catalog.signed.pdf pagina 4/16,</i> <i>process Volume capacity (lt) 400-450</i> Argumentare: S-a solicitat volumul de deșeuri procesat într-un singur ciclu, nu cumulativ sau raportat la oră.
Cerință minimă eliminatorie	Proces tehnologic: pre vacuum, urmat de expunere la abur saturat, post-vacuum.	În broșuri/actele prezentate o dată cu oferta nu a putut fi identificat procesul tehnologic pre și post-vacuum. Respectiv, GL a solicitat clarificare privind confirmarea și dovada existenței acestor procese. În baza actelor prezentate ca răspuns la clarificare, la fel nu au fost identificate aceste procese, fiind identificată doar o pompă vacuum care se folosește la sfârșit de program pentru evacuarea apei folosite. Existența unei pompe de vacuum nu echivalează cu existența unui ciclu tehnologic de sterilizare cu pre-vacuum și post-vacuum, în lipsa unei confirmări exprese din partea producătorului sau a documentației tehnice care să descrie aceste etape ale procesului de sterilizare.
Cerință minimă eliminatorie	Reducere volum deșeuri: ≥ 95 %	maxim 50% <i>Becor SRL\technical description p300.signed.pdf pagina 2/11</i> <i>"After sterilizing the waste with heat treatment, PROMED P300 system decreases the volume significantly (up to 1/2 size)..."</i>
Cerință minimă eliminatorie	Nivel zgomot: ≤ 65 dB	raportul prezentat indică 71,8 dBA la admisia aburului și 70,8 dBA la evacuare. <i>Becor SRL\clarificari\Indoor Environmental Noise Report P300.signed.pdf pagina 6/12</i> <i>capitolul C si D</i> (Traducere: În urma măsurărilor de zgomot efectuate, s-au obținut următoarele valori: 63,6 LAeq în timpul operațiunii de mărunțire (sfărâmare) a dispozitivului, 71,8 LAeq în timpul operațiunii de admisie a aburului, 65,8 LAeq în timpul operațiunii de vidare și 70,8 LAeq în timpul operațiunii de evacuare a aburului.)

Cerință minimă eliminatorie	Dimensiuni maxime (L x Î x A): 3000 × 3000 × 2000 mm	În formularul de specificație tehnică (formular 22) indicat 2000 × 3000 × 2000 mm În broșuri: 2000 x 3600 x 2000 fără platformă <i>Becor SRL\promed p300 catalog.signed.pdf pagina 11/16 schema</i> 2250x2500x 4200 (Aprox. with platform and upper lid open status) <i>Becor SRL\technical Description p300.signed.pdf pagina 1/11</i>
Cerință minimă eliminatorie	Înălțime maximă cu ușa de încărcare deschisă: 3500 mm	În formularul de specificație tehnică (formular 22) indicat 3600 mm în broșura indicat 4200mm. 2250x2500x 4200 (Aprox. with platform and upper lid open status) <i>Becor SRL\technical description p300.signed.pdf pagina 1/11.</i>
Cerință minimă eliminatorie	Tocător integrat: Din oțel rezistent la uzură; <u>cu minim doi arbori</u> (axe)	Din analiza broșurilor și imaginilor tehnice se atestă prezența unei singuri axe (arbor) <i>Shredder shaft (x1)</i> <i>Shredder reduction gerabox (x1)</i> <i>Shredder reduction gerabox motor (x1)</i> <i>\Becor SRL\technical description p300.signed.pdf pagina 4/11.</i> Becor SRL\promed p300 maintenance &&& spare parts.signed.pdf pagina 1/3, tabelul 1.1 Consumabile, "unit on system" la fel este menționat cite 1 bucata
Cerință minimă eliminatorie	Generator de abur integrat.	Conform planului de amplasare este modul independent amplasat în apropierea utilajului principal - nu este integrat La clarificarea solicitată nu a răspuns sau confirmat dacă este integrat <i>Becor SRL\technical description p300.signed.pdf pagina 8/11</i>

Triumf Motiv SRL

	Cerință/parametru solicitat	Parametru ofertat
Cerință minimă eliminatorie	Cerințe funcționale de sterilizare: Posibilitatea	Prin răspunsul la clarificare OE confirmă că:

	efectuării a <u>două încărcări</u> de tocare a deșeurilor înaintea unui singur ciclu de sterilizare	Modelul oferit <u>nu are acesta tehnologie</u> , el <u>ofera un ciclu de tocare</u> urmat de ciclu de sterilizare, ce corespunde normelor UE, iar randamentul cerut este atins, deoarece un ciclu durează în jur de 30min, respectiv <u>într-o ora se vor realiza 2 cicluri</u> <i>Triumf Motiv SRL\clarificari\Notificare - 1369.signed.pdf</i>
Cerință minimă eliminatorie	Eficiența sterilizării: •Pentru deșeuri solide: (SAL) $\geq 10^{-18}$	În Formularul Specificației Tehnice (Formularul nr. 22), depus odată cu oferta, operatorul economic a declarat un nivel de reducere microbiologică de 8 log10 (10⁻⁸) . Ulterior, prin răspunsul la solicitarea de clarificări (Notificarea nr. 224-1/12 din 02.07.2026), acesta a indicat un alt parametru tehnic, respectiv 6 log10 (10⁻⁶) . Prin urmare, răspunsul la clarificări nu confirmă informațiile din oferta inițială, ci modifică un parametru tehnic al acesteia. Conform Anexei II la Procurement Rules Interreg NEXT, clarificările pot avea doar rolul de a explica sau confirma oferta depusă, fără a permite modificarea conținutului tehnic al acesteia după expirarea termenului de depunere. Totodată, modificarea efectuată prin clarificări confirmă un nivel de performanță și mai redus decât cel declarat inițial. Atât valoarea de 8 log10 (10⁻⁸) , cât și cea de 6 log10 (10⁻⁶) sunt inferioare cerinței minime din documentația de atribuire, respectiv SAL $\geq 10^{-18}$, astfel încât oferta nu demonstrează îndeplinirea specificațiilor tehnice obligatorii. <i>Triumf Motiv SRL\triumfmotiv_ak07168-2026r1(akr250l)signed.pdf pag 2/10</i> <i>Triumf Motiv SRL\clarificari\Notificare - 1369.signed.pdf</i>
Cerință minimă eliminatorie	Evacuarea deșeurilor sterilizate: automatizat printr-o ușă separată de cea utilizată pentru încărcare, folosind mecanism dedicat.	Documentația tehnică depusă nu conține informații sau dovezi care să confirme existența unui mecanism automat de evacuare a deșeurilor. Analiza schemei funcționale (pagina 9/10) indică faptul că <u>evacuarea se realizează manual</u> , motiv pentru care operatorul economic nu a demonstrat conformitatea cu cerința tehnică minimă privind evacuarea automată, fapt confirmat și prin răspunsul la clarificări. <i>Triumf Motiv SRL\triumfmotiv_ak07168-2026r1(akr250l)signed.pdf pagina 9/10</i>
Cerință minimă eliminatorie	Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: ≥ 600 L	300 l per ciclu

	*S-a indicat volum per ciclu, nu per oră	<i>Triumf Motiv SRL\triumfmotiv_ak07168-2026r1(akr250l)signed.pdf pagina 4/10 - Feeding Unit Volume: 300 l</i> Argumentare:S-a solicitat volumul de deșeuri procesat într-un singur ciclu, <u>nu cumulativ sau raportat la oră.</u> Documentația de atribuire a solicitat expres volumul de deșeuri procesat într-un singur ciclu, iar informațiile prezentate se referă la volumul unității de alimentare, care nu poate fi asimilat automat cu volumul efectiv procesat într-un ciclu. Prin urmare, operatorul economic nu a demonstrat îndeplinirea cerinței tehnice minime.
Cerință minimă eliminatorie	Reducere volum deșeuri: $\geq 95\%$	Maxim 80% <i>Triumf Motiv SRL\triumfmotiv_ak07168-2026r1(akr250l)signed.pdf pagina 6/10 „Up to 80% volume reducing ratio after treatment.”</i>
Clarificare	La data de 15.07.2026, operatorului economic i-a fost solicitată prezentarea documentelor justificative, inclusiv a facturilor fiscale aferente livrărilor declarate în lista experienței similare, în vederea verificării îndeplinirii cerinței privind experiența similară solicitată prin documentația de atribuire. Solicitarea de clarificare a fost determinată de faptul că, în urma examinării listei prezentate de operatorul economic, s-a constatat că o parte semnificativă dintre pozițiile indicate drept experiență similară se referă la consumabile medicale sau parafarmacie, care nu pot fi considerate, în mod automat, echipamente/utilaj similare celor ce	Operatorul economic nu a prezentat răspunsul solicitat în termenul acordat astfel încât grupul de lucru nu a putut confirma îndeplinirea cerinței respective.

	constituie obiectul prezentei proceduri. Prin urmare, documentele solicitate erau necesare pentru identificarea exactă a bunurilor efectiv livrate și pentru verificarea caracterului similar al experienței invocate.	
--	--	--

Laboratorium SRL

	Cerință/parametru solicitat	Parametru oferat
Cerință minimă eliminatorie	Eficiența sterilizării, confirmată prin raport de încercări (testări microbiologice) de laborator acreditat Pentru deșeuri solide: (SAL) $\geq 10^{-18}$	În cerințe s-a solicitat „Eficiența sterilizării, confirmată prin raport de încercări (testări microbiologice) de laborator acreditat”, operatorul economic a prezentat un certificat/declarație emis de BioRisk Expertise, prin care sunt enunțate concluziile privind testarea sistemului ECODAS. Documentul nu reprezintă un raport de încercare emis de un laborator acreditat. Operatorul economic a prezentat odată cu oferta un certificat emis de BioRisk Expertise, din care rezultă o inactivare microbiologică de cel puțin 8 log₁₀ – <i>technical specification t300, 23/27</i> Ulterior, ca răspuns la clarificare, OE prezintă certificat referitor la același utilaj/indicatori doar cu valori deja diferite „18log₁₀”. Suplimentar, în cadrul evaluării ofertelor, grupul de lucru a comparat certificatul prezentat de operatorul economic cu certificatul prezentat pentru același echipament (Riomedical SRL), emis de aceeași entitate (BioRisk Expertise), având aceeași dată de emitere (09.11.2021), același emitent și același conținut de bază. În urma comparării documentelor, s-a constatat că acestea conțin <u>valori diferite</u> privind rezultatul testării microbiologice, respectiv într-un document este indicată valoarea 8 log₁₀, iar în documentul prezentat de Laboratorium SRL este indicată valoarea 18 log₁₀, deși celelalte elemente de identificare ale certificatului sunt identice. În aceste condiții, grupul de lucru nu poate considera documentul prezentat drept o dovadă autentică și verificabilă a îndeplinirii

		cerinței tehnice, motiv pentru care acesta nu poate fi luat în considerare la evaluarea ofertei.
Cerință minimă eliminatorie	Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: ≥ 600 L	Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: 700 L/ora, în doua transe, 350 L/transa/30 min. <i>Laboratorium Grup SRL\propunere tehnica anexa 2 cu notite-semnat.pdf</i> <i>Max Loading Volume Capacity. Liters500</i> <i>Laboratorium Grup SRL\technical specifications t300-semnat.pdf</i> În propunerea tehnică, operatorul economic a indicat o capacitate de 700 L/oră, în două tranșe a câte 350 L/30 min. Documentația de atribuire a solicitat însă volumul de deșeuri procesat într-un singur ciclu de sterilizare, și nu capacitatea de procesare raportată la o oră de funcționare. Informațiile prezentate nu demonstrează că echipamentul procesează 700 L într-un singur ciclu, ci indică efectuarea a două cicluri succesive a câte 350 L fiecare. Prin urmare, operatorul economic nu a demonstrat îndeplinirea cerinței tehnice solicitate.
Cerință minimă eliminatorie	Reducere volum deșeuri: ≥ 95 %	În propunerea tehnică și în documentația tehnică depusă odată cu oferta (Technical Specifications T300, pag. 16/27), operatorul economic a declarat o rată de reducere a volumului de 80–95%, interval care include valori inferioare pragului minim solicitat și, prin urmare, nu demonstrează că echipamentul asigură o reducere a volumului de cel puțin 95%, conform cerinței tehnice obligatorii. Totodată, verificarea broșurii oficiale a producătorului, aferentă aceluiași model de echipament, indică o rată de reducere a volumului de 80%, fără a confirma atingerea valorii minime de 95%. De asemenea, în cadrul aceleiași proceduri de achiziție, un alt operator economic care a oferat același model de echipament a prezentat documentația oficială a producătorului, în care este indicată aceeași valoare de 80%, ceea ce confirmă

		consecvența informațiilor tehnice oficiale disponibile pentru modelul respectiv. <i>Laboratorium Grup SRL\tehnical specifications t300-semnat.pdf pagina 16/27</i>
Cerință minimă eliminatorie	Dimensiuni maxime (L x Î x A): 3000 × 3000 × 2000 mm	În formularul specificație tehnică (formularul 22) indicat „Dimensiuni maxime (L x l x H): 270x210x330 cm ” La fel indicat și în broșură 270x210x330 (LxIxH)cm <i>Laboratorium Grup SRL\tehnical specifications t300-semnat.pdf pagina 16/27</i> Rezultă că: Lățimea/Adâncimea: 210 cm > 200 cm – neconform; Suplimentar, conform imaginii
Cerință minimă eliminatorie	Generator de abur integrat.	Conform planului de amplasare este modul independent amplasat în apropierea utilajului principal - nu este integrat <i>Laboratorium Grup SRL\tehnical specifications t300-semnat.pdf pagina 14/27</i> În consecință cerința minimă privind generatorul integrat nu este demonstrată
Cerință minimă eliminatorie – <u>confirmată parțial</u>	Capacitate de funcționare: <u>continuu</u> <u>24/7</u>	Risc - În user manual este menționat ca este regim de lucru în continuu dar la secțiunea garanție (pagina 12) este menționat că producătorul asigură garanție valabilă doar în cazul funcționării a câte 8 ore pe zi
Cerință minimă eliminatorie	Mecanism de mixare continuă a deșeurilor <u>pe durata întregului ciclu de sterilizare</u> : Da	Se oferă „paletă (paddle body) avînd rolul de a mesteca și redeționa continuu deșeurile către tocător”. Însă, după etapa de tocare, deșeurile ajung în camera de sterilizare, paleta de amestecare fiind amplasată mai sus de tocător, mecanismul de mixare a deșeurilor este asigurat doar pe durata tocării, nu pe întreg ciclu de sterilizare

Rio Medical SRL

	Cerință/parametru solicitat	Parametru ofertat
Cerință minimă eliminatorie	Pentru deșeuri solide: (SAL) ≥ 10 ⁻¹⁸	În propunerea tehnică, operatorul economic a declarat că echipamentul ofertat asigură un nivel

		„SAL $\geq 10^{-18}$”. În vederea confirmării acestui parametru, prin răspunsul la solicitarea de clarificări, operatorul economic a prezentat raportul de încercări „Biorisk Attest”, în care este indicată o inactivare microbiologică de cel puțin 8 log10, echivalentă cu 10^{-8}. Prin urmare, documentul prezentat în susținerea ofertei nu confirmă valoarea declarată de operatorul economic și nici îndeplinirea cerinței minime din documentația de atribuire, întrucât nivelul de 8 log10 (10^{-8}) este inferior nivelului solicitat SAL $\geq 10^{-18}$. În consecință, operatorul economic nu a demonstrat conformitatea ofertei cu specificația tehnică obligatorie. Suplimentar, în cerințe s-a solicitat „Eficiența sterilizării, confirmată prin raport de încercări (testări microbiologice) de laborator acreditat”, operatorul economic a prezentat un certificat/declarație emis de BioRisk Expertise, prin care sunt enunțate concluziile privind testarea sistemului ECODAS. Documentul nu reprezintă un raport de încercare emis de un laborator acreditat. <i>Rio Medical\biorisk attest 8 log staatt angl 2021.signed.pdf</i> <i>The microbiologic test results during a cycle (shredding and autoclaving at 138 °C during 10 minutes under a mean pressure of 3.5 bars) showed:</i> <i>- A microbial inactivation of Bacillus atrophaeus spores at least 8log10</i> <i>Rio Medical\fiche technique t300 angl.signed.pdf</i>
Cerință minimă eliminatorie	Volum deșeuri per ciclu de sterilizare: ≥ 600 L	În documentația tehnică depusă odată cu oferta, operatorul economic indică parametrii „Max loading volume capacity – 500 L” și „Average process volume capacity – 350 L”. Ambele valori sunt inferioare cerinței minime de 600 L per ciclu de sterilizare prevăzute în documentația de atribuire. În consecință, documentația tehnică prezentată demonstrează că echipamentul oferit nu îndeplinește cerința tehnică obligatorie privind volumul minim de deșeuri <u>procesat într-un singur</u>

		ciclu de sterilizare, motiv pentru care oferta este neconformă. Max loading volume capacity 500 L Average process volume capacity 350 L <i>Rio Medical\fiche technique t300 angl.signed.pdf</i>
Cerință minimă eliminatorie	Reducere volum deșeuri: $\geq 95\%$	În Specificația tehnică (Formularul nr. 22), operatorul economic a indicat parametrul „Reducere volum deșeuri: $\geq 80-40\%$”, iar în documentația tehnică (broșura produsului) este indicată o rată de reducere a volumului de 80%. În consecință, operatorul economic a oferit un parametru tehnic inferior cerinței minime obligatorii, motiv pentru care oferta nu corespunde specificațiilor tehnice ale documentației de atribuire și este neconformă. În broșura prezentată este indicat 80% <i>Rio Medical\fiche technique t300 angl.signed.pdf</i>
Cerință minimă eliminatorie	Dimensiuni maxime (L x Î x A): 3000 x 3000 x 2000 mm	În specificația tehnică (formularul 22) a indicat „Dimensiuni maxime (L x Î x A): 2700 x 210 x 3300 mm” La analiza schemei de amplasare dimensiunile sunt: A= 2100 L= 3000 Î = 3300 Prin răspunsul la solicitarea de clarificări, operatorul economic a precizat că este disponibilă și o configurație destinată spațiilor limitate, prevăzută cu capac cu deschidere orizontală, în cadrul căreia înălțimea echipamentului este redusă la 2643 mm. Cu toate acestea, din răspunsul prezentat rezultă că dimensiunile la sol ale echipamentului rămân 2700 x 2100 mm, astfel încât adâncimea echipamentului rămâne de 2100 mm. <i>\Rio Medical\fiche technique t300 angl.signed.pdf clarificari\RIO MEDICAL260625</i> <i>Guide d'installation/ p. 8/41</i>
Cerință minimă eliminatorie	Generator de abur integrat.	conform planului de amplasare este modul independent amplasat în apropierea utilajului principal, fapt conformat și în scrisoarea de răspuns la clarificări a OE - nu este integrat

		<i>Rio Medical\d 43 rev15 guide installation t300 angl-fran.signed.pdf pag 13/41</i> În consecință cerința minimă privind generatorul integrat nu este demonstrată
Cerință minimă eliminatorie	Mecanism de mixare continuă a deșeurilor pe durata întregului ciclu de sterilizare: Da	Oferit mixarea doar în prima etapă (de mărunțire) „ <i>during the shredding step</i> ” – conform răspunsului la clarificare a producătorului <i>RIO MEDICAL260625 ATTEST.signed pct.10</i>

3. În conformitate cu pct. 27 subpct. 1 din Anexa II, contractul va fi încheiat doar după trecerea termenului de așteptare de 10 zile de la data transmiterii prezentei înștiințări (standstill) .
4. În interiorul perioadei de standstill, operatorii economici au dreptul de a formula obiecții împotriva prezentei decizii, în condițiile prevăzute la pct. 26 din Anunțul de participare.
5. Contractul de achiziție va putea fi semnat doar după expirarea termenului de standstill, cu obligativitatea prezentării garanției de bună execuție.
6. Prezenta scrisoare constituie notificarea oficială a rezultatului procedurii de licitație deschisă.

Președintele grupului de lucru

Dragoș Pidleac

Executor: N. Țurcanu
Tel: 060296966